

检 测 报 告

Testing Report

山中检字（2020）第 DY126-c-①号

项 目 名 称： 季度检测项目 （地下水）

委 托 单 位： 山东神驰化工集团有限公司



检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-①号

第 1 页 共 4 页

项目名称	季度检测项目（地下水）		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	地下水	样品描述	无色、无味、透明
采、送样 人员	张鹏、冯艺凯、高毅	采样日期	2020.09.07



检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-①号

第 2 页 共 4 页

茚 萘	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
	《水和废水监测分析方	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测	



检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-①号

2.2 地下水检测结果

表 3 地下水检测结果一览表

检测项目	单位	采样点位及检测结果
		1#地下水监测井
总有机碳	mg/L	1.3
铍	μg/L	ND
锑	μg/L	ND
钴	μg/L	ND
铊	μg/L	ND
钼	μg/L	ND
镍	μg/L	ND
砷	mg/L	ND

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-①号

第 4 页 共 4 页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

1. 本次检测地下水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
2. 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.2 质控结果

1. 空白质控

类型	项目	结果	判定
全程序空白	总有机碳（mg/L）	ND	合格
备注：“ND”表示未检出。			

***** 报告结束 *****


编制人：杨德明

审核人：陈健健

授权签字人：任晓存

签发日期：2020.09.11

（检验检测专用章）





报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，

7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据结果具有证明效力，不加盖CMA章的检验检测



检测报告

Testing Report

山中检字(2020)第 DY126-c-②号

项目名称: 季度检测项目 (地下水)
委托单位: 山东神驰化工集团有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2020.09.11

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-②号

第 1 页 共 5 页

项目名称	委托检测项目（地下水）
------	-------------

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-②号

第 2 页 共 5 页

荧蒽	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
苯并[b]荧蒽	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
苯并[a]芘	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
芘	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
二氢芘	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L
芴	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定（二）气相色谱-质谱法	1.0ng/L

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-②号

第 3 页 共 5 页

2.2 地下水检测结果

表 3 地下水检测结果一览表

检测项目	单位	采样点位及检测结果
		2#地下水监测井
总有机碳	mg/L	1.2
铍	μg/L	ND
锑	μg/L	ND
钴	μg/L	ND
铊	μg/L	ND
钼	μg/L	ND
镍	μg/L	ND
萘	ng/L	ND
二氢茈	ng/L	ND
茈	ng/L	ND
芴	ng/L	ND
菲	ng/L	ND
蒽	ng/L	ND
荧蒽	ng/L	ND
芘	ng/L	ND
苯并[a]蒽	ng/L	ND
蒎	ng/L	ND
苯并[b]荧蒽	ng/L	ND
苯并[k]荧蒽	ng/L	ND
茚并[1,2,3-cd]芘	ng/L	ND
苯并[a]芘	ng/L	ND
二苯并[a,h]蒽	ng/L	ND
苯并[g,h,i]芘	ng/L	ND
多环芳烃总量	ng/L	ND
备注：“ND”表示未检出。		



检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-c-②号

第 4 页 共 5 页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1. 本次检测地下水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2. 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内使用。

3.2 质控结果

1. 平行样质控

检测点位	检测项目	平行样	
		检测结果	相对偏差（%）
2# 地下水监测井	总有机碳（mg/L）	1.3	4.0
		1.2	
	铍（μg/L）	ND	0
		ND	
	锑（μg/L）	ND	0
		ND	
	钴（μg/L）	ND	0
		ND	
	铊（μg/L）	ND	0
		ND	
	钼（μg/L）	ND	0
		ND	
	镉（μg/L）	ND	0
		ND	



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检 测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-c-②号

第 5 页 共 5 页

***** 报告结束 *****


编制人: 杨恩明

审核人: 陈健建

授权签字人: 任晓宇

签发日期: 2020.9.11

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com